




防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都文京区湯島 3-9-11 新光電子株式会社	
製造者	東京都文京区湯島 3-9-11 新光電子株式会社	
品名	音叉式重量測定器	
型式の名称	FZ-300KF-i03 重量測定器 FZ-300KF 重量表示器 INZ03 (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IIBT4	
定格	本安回路許容電圧 20V 本安回路許容電流 139mA 本安回路許容電力 0.46W 内部インダクタンス 無視できる値 内部キャパシタンス 0.022μF 測定範囲 0~300kg (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC20734 号	
有効期間	平成26年 8月25日 から 平成29年 8月24日まで	
	平成28年 3月18日 から 平成31年 3月17日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	

様上更新
一部変更

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成26年 8月25日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長



同一型式一覧表

型式の名称			定格	
システム型式	重量測定器	重量表示器	測定範囲	
FZ-60KF-i01	FZ-60KF	INZ01	0~60kg	本安回路許容電圧 20V 本安回路許容電流 139mA 本安回路許容電力 0.46W 内部インダクタンス 無視できる値 内部キャパシタンス 0.022 μF
FZ-60KF-i02		INZ02		
FZ-60KF-i03		INZ03		
FZ-A60KF-i01	FZ-A60KF	INZA01		
FZ-A60KF-i02		INZA02		
FZ-A60KF-i03		INZA03		
FZ-100KF-i01	FZ-100KF	INZ01	0~100kg	
FZ-100KF-i02		INZ02		
FZ-100KF-i03		INZ03		
FZ-A100KF-i01	FZ-A100KF	INZA01		
FZ-A100KF-i02		INZA02		
FZ-A100KF-i03		INZA03		
FZ-150KF-i01	FZ-150KF	INZ01	0~150kg	
FZ-150KF-i02		INZ02		
FZ-150KF-i03		INZ03		
FZ-A150KF-i01	FZ-A150KF	INZA01		
FZ-A150KF-i02		INZA02		
FZ-A150KF-i03		INZA03		
FZ-200KF-i01	FZ-200KF	INZ01	0~200kg	
FZ-200KF-i02		INZ02		
FZ-200KF-i03		INZ03		
FZ-A200KF-i01	FZ-A200KF	INZA01		
FZ-A200KF-i02		INZA02		
FZ-A200KF-i03		INZA03		
FZ-300KF-i01	FZ-300KF	INZ01	0~300kg	
FZ-300KF-i02		INZ02		
FZ-300KF-i03		INZ03		
FZ-A300KF-i01	FZ-A300KF	INZA01		
FZ-A300KF-i02		INZA02		
FZ-A300KF-i03		INZA03		
FZ-450KF-i01	FZ-450KF	INZ01	0~450kg	
FZ-450KF-i02		INZ02		
FZ-450KF-i03		INZ03		
FZ-A450KF-i01	FZ-A450KF	INZA01		
FZ-A450KF-i02		INZA02		
FZ-A450KF-i03		INZA03		
FZ-600KF-i01	FZ-600KF	INZ01	0~600kg	
FZ-600KF-i02		INZ02		
FZ-600KF-i03		INZ03		
FZ-A600KF-i01	FZ-A600KF	INZA01		
FZ-A600KF-i02		INZA02		
FZ-A600KF-i03		INZA03		



備考:表中の FZ-300KF は、検定供試品を示す。