






# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都文京区湯島 3-9-11 新光電子株式会社	
製造者	東京都文京区湯島 3-9-11 新光電子株式会社	
品名	データロガー (携帯用)	
型式の名称	DLZ-200 (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II BT 4	
定格	電源 DC 6V 30mA (LR 6 4本) (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC19598 号	
有効期間	平成 23 年 5 月 25 日 から 平成 26 年 5 月 24 日まで	
	平成 26 年 5 月 25 日 から 平成 29 年 5 月 24 日まで	
	平成 29 年 5 月 25 日 から 平成 32 年 5 月 24 日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 23 年 5 月 25 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

