




防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都文京区湯島 3-9-11 新光電子株式会社		
製造者	東京都文京区湯島 3-9-11 新光電子株式会社		
品名	音叉式重量測定器		
型式の名称	UZ-60K-i03 重量測定器 UZ-60K 重量表示器 INZ03 (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II BT 4		
定格	本安回路許容電圧 20V 本安回路許容電流 139mA 本安回路許容電力 0.46W 内部インダクタンス 無視できる値 内部キャパシタンス 0.022μF 測定範囲 0~60kg (同一型式は別表のとおり)		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC20736 号		
有効期間	平成26年 8月27日 から 平成29年 8月26日まで		
	平成28年 3月18日 から 平成31年 3月17日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		

最新
一部変更

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成26年 8月27日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 長

